

Dot.: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - w podziale na 10 zadań.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

(w związku z zapytaniem Wykonawców):

- dla Zadania nr 1
- dla Zadania nr 4
- dla Zadania nr 7

wraz ze zmianą treści siwz dla Zadania 4 i 7

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy informuje, że w dniu 04 i 06 grudnia 2019r., **wpłynęły do Zamawiającego pytania w ramach Zadania nr 1, 4 i 7 dla przedmiotowego postępowania.**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, stosownych zmian w siwz (w Załączniku nr 2 do siwz – OPZ dla Zadania 4 i 7):

PYTANIE 1 – Zadanie 1:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający w poniższych pozycjach dopuści towary równoważne, których funkcja jest tożsama z oryginałem:

- Poz. 44 Mikroskop cyfrowy nauczycielski

Głowica: monokularowa. Materiał układu optycznego: szkło. Powiększenie, x: 40-1600

Okulary: WF10x, WF16x

Soczewki obiektywowe: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (imersja)

Rewolwer: 4 obiektywy

Kondensor: Abbego N.A. 1,25 z diafragmą irysową

Regulacja ostrości: współosiowa – precyzyjna i zgrubna

Zasilanie: kabel zasilający (220 V)

Model kamery: Levenhuk D320L. Megapiksele: 3

Lokalizacja kamery: tubus okularu (nie okular)

Format obrazu: BMP, TIFF, JPG, PICT, SFTL itp.

Balans bieli: automatyczny/ręczny

Czas ekspozycji: automatyczny/ręczny

Oprogramowanie: Sterownik USB 2.0, Levenhuk

Opcje programowalne: rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji

Interfejs komputera: USB 2.0, 480 Mb/s

Wymagania systemowe: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10, Linux 2.6*, Mac OS 10.6-10.10, port USB

Korpus kamery: metalowy, czarny, cylindryczny kształt

Wymiary kamery (maks. średnica cylindra), mm: 60

Zasilanie kamery: za pomocą kabla USB 2.0

Zakres temperatur kamery, °C: -30... 70

Język oprogramowania: Windows: EN, FR, DE, PL, RU, ZH, TR;

Format plików wideo: wyjścia: *.wmv, *.h264, *.avi; wejścia: *.wmv, *.asf, *.avi, *.mp4, *.m4v, *.3gp, *.3g2, *.3gp2, *.3gpp, *.mov, *.mkv, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.h264, *.h265

Maksymalna rozdzielczość: 2048x1536

Mikroskop Levenhuk D320L 3.1M to mikroskop medyczny, który znajduje idealne zastosowanie w badaniach z dziedziny biochemii, patoanatomii, cytologii, hematologii, urologii, dermatologii, biologii i ogólnych badań klinicznych prowadzonych w dowolnej placówce medycznej. Mikroskopy z tej serii są przeznaczone do prowadzenia obserwacji i badań morfologicznych w świetle przechodzącym metodą jasnego pola.

W skład zestawu wchodzi kamera cyfrowa Levenhuk D320L z matrycą 3 Mpx i interfejsem USB 2.0. Została ona zaprojektowana wyłącznie do użytku z tym mikroskopem. Dzięki kamerze można robić cyfrowe zdjęcia obiektów obserwowanych pod mikroskopem, a następnie przesłać je do komputera i zapisać w wybranych formacie.

- **Poz. 46 Mikroskop stereoskopowy nauczycielski**

Mikroskop biologiczny z głowicą binokularową. Korpus oraz kluczowe elementy mechaniczne wykonane z metalu.

Zakres powiększeń:: 100 x-1000 x

Okulary: WF10x (18mm)

Obiektywy achromatyczne: 10x, 40x, 100x oil

Kąt nachylenia 45 ; obrót 360

Stolik 12x12cm

Mechanizm przesuwania preparatu z noniuszem

śruba makro- i mikrometryczna (22mm; 1.3mm)

Kondensor światła N.A.1.25 z filtrem

Oświetlenie dolne: holagenowe z regulowaną intensywnością

Napęd / zasilanie: Zasilacz sieciowy

Kompatybilny z kamerą cyfrową

W zestawie pokrowiec.

ODPOWIEDŹ:

Mając na uwadze dokonane, w dniu 09.12.2019r., zmiany w OPZ dla Zadania 1 (*zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego*), Zamawiający informuje, iż zaproponowane przez Wykonawcę parametry dla urządzenia „**Mikroskop cyfrowy nauczycielski**” **spełniają wymagania** postawione przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedstawiony przez Wykonawcę opis parametrów dla urządzenia „**Mikroskop stereoskopowy nauczycielski**” **nie jest wystarczający** do określenia czy urządzenie to spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.

Wobec powyższego **Zamawiający nie jest w stanie uznać wskazanego urządzenia za równoważne.**

PYTANIE 2 – Zadanie 4:

Pozycja 25 Komplet plansz do chemii

Specyfikacja ani załączniki nie określają ilości folii do powiększania. Opis zawiera jedynie o dostarczenie folii jaka jest ilość pracowni, lecz nie określono ile ich zawiera każda szkoła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż każda szkoła w Zadaniu nr 4 wyposażona jest w jedną pracownię.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Załącznika nr 2 Arkusz Kalkulacyjny wraz z OPZ dla Zadania 4 poz. 25 w następujący sposób:

BYŁO:

Zestaw plansz chemicznych o wymiarach min 70cm x 100cm: '1.Tabela rozpuszczalności

2.Układ okresowy pierwiastków

3.Skala elektroujemności według Paulinga

4.Wiązania chemiczne

5.Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)

6.Budowa materii

W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji "Komplet plansz do chemii"

Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące.

JEST (po zmianie):

Zestaw plansz chemicznych o wymiarach min 70cm x 100cm: 1. Tabela rozpuszczalności

2. Układ okresowy pierwiastków

3. Skala elektroujemności według Paulinga

4. Wiązania chemiczne

5. Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)

6. Budowa materii

W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji "Komplet plansz do chemii" Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (**jedna folia powiększająca na każdą z 6 pracowni**) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż zmiany zostały wprowadzone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 25 (kolumna „C”) wskazanego Załącznika („Komplet plansz do chemii”) zarówno w arkuszu zbiorczym jak w każdym z arkuszy dla poszczególnych szkół – i zostały oznaczone kolorem czerwonym.

PYTANIE 3 – Zadanie 7:

Pozycja 25 – komplet 29 plansz o różnej tematyce

Podobnie jak powyższa pozycja. Nie posiada określonej ilości pracowni w każdej ze szkół.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż każda szkoła w Zadaniu nr 7 wyposażona jest w jedną pracownię.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Załącznika nr 2 Arkusz Kalkulacyjny wraz z OPZ dla Zadania 7 poz. 25 w następujący sposób:

BYŁO:

Plansze wykonane z trwałego tworzywa o wymiarach minimum 70x100 cm. Zestaw ma zawierać 29 plansza a każda z nich ma dotyczyć innego zakresu tematycznego zgodnego z podstawą programową dla klas IV - VIII szkół podstawowych.

W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Komplet 29 plansz o różnej tematyce” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące.

JEST (po zmianie):

Plansze wykonane z trwałego tworzywa o wymiarach minimum 70x100 cm. Zestaw ma zawierać 29 plansza a każda z nich ma dotyczyć innego zakresu tematycznego zgodnego z podstawą programową dla klas IV - VIII szkół podstawowych.

W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Komplet 29 plansz o różnej tematyce” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (**jedna folia powiększająca na każdą z 11 pracowni**) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż zmiany zostały wprowadzone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 25 (kolumna „C”) wskazanego Załącznika („Komplet 29 plansz o różnej tematyce”) zarówno w arkuszu zbiorczym jak w każdym z arkuszy dla poszczególnych szkół – i zostały oznaczone kolorem czerwonym.

PYTANIE 4:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert dotyczących w/w postępowania do dnia 8.01.2020 r. w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. ulega zmianie treść Załącznika nr 2 do siwz - **Arkusz kalkulacyjny z OPZ dla:**

1) Zadania 4 (poz. 25)

2) Zadania 7 (poz. 25)

Zamawiający informuje, że zmieniony Załącznik nr 2, tj. Arkusz kalkulacyjny ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4 i 7, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **nie zmienia termin składania i otwarcia ofert.**